



DİŐ HEKİMLİĐİ FAKÜLTESİ DEKANLIĐI
PANORAMİK RADYOGRAFİ ÇEKİM PROTOKOLÜ TALİMATI

FAALİYET AKIŐI:

- Hastanın baş ve boyun bölgesinde metal eşya bulunmadığından (kolye, toka, küpe, takma diş vs.) emin olunmalıdır.
- Kadın hastalarda hamilelik durumu sorgulanmalıdır, röntgen çekilen alanda hamile hastalar ve çocuklar beklememelidir.
- Hastalara kurşun önlük ve tiroid koruyucu giydirilmelidir.
- Hastanın cinsiyet, yaş ve kilosuna göre doz ayarlamaları yapılmalıdır.
- Hastanın çene yapısına uygun rotasyon ekseni seçilmelidir.
- Film tekrarından kaçınmak için çekim sırasında hastaya uygun pozisyon verilmelidir;
- ❖ Çene desteĐi ve ısirtma çubuĐu kullanılarak hastanın anteroposterior konumu ayarlanır.
- ❖ Hastaya ısirtma çentiĐini ısirtması söylenir.
- ❖ Hastanın sagittal düzlemi cihazın ortasında ve yere dik konumlandırılır.
- ❖ Hastanın cihaz üzerindeki kolları tutarak, boyun bölgesinin gerilmesi için bir adımını öne atması söylenir.
- ❖ Cihaz ve hasta pozisyonu ayarlandıktan sonra hastaya yutkunması ve dilini aĐız tavanına deĐdirecek şekilde tutması istenir.
- ❖ Radyografi sırasında tüpün ve filmin nasıl hareket edeceĐi hastaya anlatılır, yapılacak işlem boyunca hareket etmemesi konusunda uyarılır.
- Radyolojik tetkiki yapan personel uygulama sırasında kurşun kaplı bariyerin arkasında durmalıdır.
- Radyolojik tetkiki yapan personel çekim sırasında kameradan veya kurşun kaplı camın arkasından hastayı izlemeli, acil bir durumda ışınlama işlemine son vermelidir.
- Görüntünün hasta adı kontrol edilerek arşive kaydedildiĐinden emin olunmalıdır.
- Yapılan işlemler sırasında çapraz enfeksiyon riskini engelleyici önlemler alınmalıdır.

Hazırlayan Birim Kalite Komisyonu	Kalite Sistem Onayı	Yürürlük Onayı
---	---------------------	----------------