



DİŐ HEKİMLİĐİ FAKÜLTESİ DEKANLIĐI

EKSTRAORAL RADYOGRAFİ ÇEKİM PROTOKOLÜ TALİMATI

FAALİYET AKIŐI:

- Hastanın baş ve boyun bölgesinde metal eşya bulunmadığından (kolye, toka, küpe, takma diş vs.) emin olunmalıdır.
- Kadın hastalarda hamilelik durumu sorgulanmalıdır, röntgen çekilen alanda hamile hastalar ve çocuklar beklememelidir.
- Hastalara kurşun önlük ve tiroid koruyucu giydirilmelidir.
- Hastanın cinsiyet, yaş ve kilosuna göre doz ayarlamaları yapılmalıdır.
- Film tekrarından kaçınmak için çekim sırasında hastaya uygun pozisyon verilmelidir;
- ❖ Sefalometrik grafilerde sefalostat kullanılarak hastanın anteroposterior konumu ayarlanır. Her çekimden sonra sefalostatın ucundaki tek kullanımlık kılıflar değiştirilmelidir.
- ❖ El bilek grafilерinde hastanın eli film sensörünün üzerine yerleştirilerek hareketsiz kalması istenir.
- ❖ Eklem grafilерinde cihazın eklem grafisi için kullanılan aparatı takılır ve hastanın başı cihaza sabitlenir. İlk çekimde hastanın ağzı açık olarak konumlandırılır. İkinci çekim ağız kapalı konumda gerçekleştirilir.
- Radyolojik tetkiki yapan personel uygulama sırasında kurşun kaplı bariyerin arkasında durmalıdır.
- Radyolojik tetkiki yapan personel çekim sırasında kameradan veya kurşun kaplı camın arkasından hastayı izlemeli, acil bir durumda ışınlama işlemine son vermelidir.
- Görüntünün hasta adı kontrol edilerek arşive kaydedildiğinden emin olunmalıdır.
- Yapılan işlemler sırasında çapraz enfeksiyon riskini engelleyici önlemler alınmalıdır.

Hazırlayan Birim Kalite Komisyonu	Kalite Sistem Onayı	Yürürlük Onayı
---	---------------------	----------------